

邵阳市生态环境局 环境违法行为立案审批表

案 由	涉嫌超辐射安全许可证范围使用放射射线装置案		立案号	邵市生环立(3) [2023]25号
案件来源	☐ 执法巡查 ☐ 信访投诉 ☒ 上级转办 ☐ 其它:			
当 事 人	名称或姓名	邵阳县人民医院	联系方式	13618429394
	地 址	邵阳县塘渡口镇大木山 开发区邵阳大道旁	邮政编码	422100
	营业执照注册号 (统一社会信用代码)	1243052344586934XU		
	法定代表人	唐德军	职 务	法人
案情简介及立案理由	2023年10月19日,我局执法人员4人对该医院进行执法检查中发现: 1、该医院正在经营,该医院共有辐射利用设备12套,9套办理了辐射安全许可证,其中一台钼靶机、一台牙片机,一台X射线骨密机未办理辐射安全许可证;2、该医院手术室3台小C臂于2023年6月25日已重新办理辐射安全许可证,现场检查发现小C臂启用时间为2017年。上述环境行为已违反了《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第十五条第一款之规定。初步判断符合《生态环境行政处罚办法》第十九条规定的立案条件。			
承办人意见	建议立案查处 承办人: 唐小军 邓明 2023年10月23日			
承办机构审核意见	同意立案查处,由唐小军、邓明负责调查取证工作 负责人: 邓明 2023年10月23日			
法制部门审查意见	同意 审查人: 刘春红 2023年10月23日			
分管执法领导审批意见	同意 签 字: 艾家 2023年10月23日			



分管法 制局领 导审批 意见	同意 签字: 陈东凤 2023年10月23日
局长审 批意见	同意 签字: 陈东凤 2023年10月23日

